



INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTITUTE OF SPORT - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wasza data:

Wasz znak:

Nasz znak:
OOP.26.25.2019.MC

Nasza data:
21.10.2019 r.

Warszawa, 21 października 2019 r.

dotyczy: **postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i montaż komory hipoksycznej normobarycznej i komory hiperoksycznej normobarycznej wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń w celu utworzenia pracowni hipoksji na potrzeby Zakładu Kinezylogii w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym.” – nr postępowania OOP.26.25.2019.MC.**

Zamawiający – Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) uprzejmie przekazuję treść zapytań w przedmiotowym postępowaniu i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej SIWZ):

Pytanie 1: Czy możliwe jest zredukowanie sumy gwarancyjnej do kwoty 1 mln złotych ze względu na przewidywaną wartość kontraktu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ i nie zredukuje sumy gwarancyjnej do kwoty 1 mln.

Pytanie 2: Czy możliwe jest rozpatrzenie zaliczki w wysokości 20% wartości umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ i nie przewiduje takiej możliwości.

Pytanie 3: Dlaczego Zamawiający wskazuje jako maksymalny okres gwarancji 48 msc? Czy dłuższy okres jest dopuszczalny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dłuższy okres jest dopuszczalny, jest to spowodowane specyfiką zamawianego sprzętu i koniecznością wykonania wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych.

Pytanie 4: Czy ze względu na koniec roku kalendarzowego Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu zakończenia prac?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ i nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu zakończenia wszystkich prac.

Pytanie 5: Czy osoby wskazane przez Wykonawcę jako kierownicy lub menadżerowie branżowi muszą być zatrudnieni przez tegoż wykonawcę na zasadzie umowy o pracę?

Adres: ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Kontakt: tel. 22 569 99 99, fax: 22 835 09 77, e-mail: insp@insp.waw.pl, www.insp.waw.pl
NIP 525-000-89-04, REGON 000786093, KRS 0000223239 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy

Złota Dyktanda
ds. ORGANIZACJI I ROZWOJU
mgr Przemysław Przygoda



INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTITUTE OF SPORT - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Rozdziału II pkt 9 „Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający podczas realizacji zamówienia, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę o pracę, pracowników wykonujących prace montażowe i prace adaptacyjne w miejscu montażu urządzeń w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie”. W związku z powyższym kierownicy lub menadżerowie branżowi nie muszą być zatrudnieni przez tegoż wykonawcę na zasadzie umowy o pracę

Pytanie 6: Czy w związku z projektem wielobranżowym wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada ostateczną decyzję na budowę. W przedmiotowym zadaniu nie są wymagane dodatkowe czynności administracyjne, chyba że takowe będą wynikały z zastosowanej technologii hipoksji i hiperoksji.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część i należy traktować je wiążąco dla Stron.

Z-ca DYREKTORA
ds. ORGANIZACJI I ROZWOJU

mgr Krzysztof Przygoda

ZATWIERDZAM