



**INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**  
**INSTITUTE OF SPORT - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

**Wasza data:**

**Wasz znak:**

**Nasz znak:**  
OOP.26.23.2019.MC

**Nasza data:**  
09.10.2019 r.

Warszawa, 9 października 2019 r.

dotyczy: **postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup, dostawę i montaż echokardiografu dla potrzeb Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego” – nr postępowania OOP.26.23.2019.MC.**

Zamawiający – Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) uprzejmie przekazuję treść zapytań w przedmiotowym postępowaniu i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej SIWZ):

*Dotyczy SIWZ, Rozdział II, pkt 10, Załącznik nr 1 oraz Wzór umowy:*

**Pytanie 1:** Z uwagi na rozbieżne zapisy dotyczące warunków serwisowych zwracamy się z prośbą o ujednoczenie wymogów przedstawionych w rozdz. II pkt. 10 SIWZ i zał. Nr 1 OPZ, z warunkami serwisowymi przedstawionymi w § 6 wzoru umowy jako nadrzędnymi, a w szczególności potwierdzenie zobowiązania wykonawcy do czasu reakcji w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii. Jest to uzasadnione jest koniecznością transportu części na miejsce instalacji celem podjęcia natychmiastowej próby naprawy przy pierwszej wizycie serwisu. Ponadto taki czas reakcji Zamawiający definiuje w ust. 6 i ust. 14 §6 wzoru umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż potwierdza i ujednolica wymóg dotyczący czasu reakcji serwisu maksymalnie w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii (czyli tak jak było zapisane w umowie).

**Pytanie 2:** Dot. Rozdział II SIWZ, ust. 10 lit. h), Zał. Nr 1 OPZ, pkt. 1 lit. h), oraz § 6 ust. 5 wzoru umowy. Czy Zamawiający dopuści urządzenia z zagwarantowaną dostępnością części zamiennych i akcesoriów przez co najmniej 7 lat od daty instalacji urządzenia? Prosimy również o doprecyzowanie, że w § 6 ust. 5 wzoru umowy Zamawiający oczekuje zagwarantowania jedynie dostępności części zamiennych / podzespołów przez zdefiniowany okres od daty instalacji urządzenia, i Wykonawca nie musi uwzględniać ich kosztu w cenie zaoferowanego w postępowaniu urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dostępność części zamiennych ma być zagwarantowana przez okres co najmniej 7 lat od dnia instalacji urządzenia, przy czym, zgodnie z treścią § 6 ust. 5 wzoru umowy, w okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawami gwarancyjnymi (w tym kosztów części zamiennych), natomiast nie dotyczy to okresu po zakończeniu

Adres: ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Kontakt: tel. 22 569 99 99, fax: 22 835 09 77, e-mail: [insp@insp.waw.pl](mailto:insp@insp.waw.pl), [www.insp.waw.pl](http://www.insp.waw.pl)  
NIP 525-000-89-04, REGON 000786093, KRS 0000223239 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy



obowiązywania gwarancji. Po tym okresie Wykonawca ma gwarantować dostępność tych części zamiennych.

**Pytanie 3:** Dot. Rozdział II SIWZ, ust. 10 lit. G), Zał. nr 1 OPZ, pkt 1 lit. G Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie zapisów w punkcie na:

*„W przypadku uzasadnionej reklamacji głównych części aparatu i wymianie tego samego głównego podzespołu, po czterech naprawach głównych tego istotnego podzespołu, Wykonawca wymieni aparat na nowy.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

*Dotyczy Wzoru umowy:*

**Pytanie 4:** Dot. par. 8 ust. 1.2: W naszej opinii zaproponowana kara umowna za odstąpienie od umowy jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 10% wartości przedmiotu umowy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu..

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy traktować je wiążąco dla Stron.**

Z-ca DYREKTORA  
ds. ORGANIZACJI I ROZWOJU

mgr Krzysztof Przygoda

ZATWIERDZAM

Oh  
Q